

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2026-081	REFERENCIA PS/PRV/133363
PRODUCTOS <ul style="list-style-type: none">Bombas de jeringa BD Alaris Neux.Bombas de jeringa BD Alaris Plus. Ver códigos de producto y UDIs afectados en la tabla 1 de la nota de aviso.	
FINALIDAD PREVISTA Administración de fluidos y medicamentos.	
FABRICANTE BD Switzerland Sàrl, Suiza.	
DISTRIBUIDOR Becton Dickinson España. Camino de Valdeoliva, s/n, 28750, San Agustín de Guadalix, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de determinadas bombas de jeringa BD Alaris Neux y Plus, debido a la posibilidad de que puedan desarrollar una anomalía mecánica si no se almacenan o transportan en la posición correcta.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

