

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2026-079	<b>REFERENCIA</b> PS/VBR/133181
<b>PRODUCTO</b> LIFECODES LSA Class I. Referencia: 265100. UDI-DI: 10888234400332.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Detección de anticuerpos IgG contra glicoproteínas HLA de Clase I.	
<b>Nº LOTE</b> 3015822.	
<b>FABRICANTE</b> Immucor GTI Diagnostic, Inc., Estados Unidos.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Werfen España SAU. Plaza de Europa 21-23, 08908, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con el lote 3015822 de LIFECODES LSA Class I debido a que, a causa de un fallo de estabilidad en el intervalo de prueba de 9 meses, podría no alcanzarse de manera consistente la adquisición de 60 microesferas en 90 segundos para muestras o controles durante un ciclo, lo que podría dar lugar a un resultado no válido.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

