

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>Nº DE ALERTA:</b><br>2026-083   | <b>REFERENCIA</b><br>PS/AVG/132723 |
| <b>PRODUCTO</b><br>Equipo de ventilación de transporte F120 Drager. Números de referencia: 101561400, 101561401.   |                                    |
| <b>FABRICANTE</b><br>Fritz Stephan GmbH, Alemania.   |                                    |
| <b>DISTRIBUIDOR</b><br>Drägerwerk AG & Co. KGaA, Moislinger Allee 53-55, 23558 Lübeck, Alemania.   |                                    |
| <b>ASUNTO</b><br>Advertencias de seguridad relacionadas con determinados equipos de ventilación de transporte F120 Drager, debido a la posibilidad de cortocircuito al instalar la batería de recambio para el equipo si se utiliza una batería con terminales externos. |                                    |
| <b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa.</li></ul>   |                                    |



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

