

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b>	<b>REFERENCIA</b>
2026-091	PS/MBF/133803
<b>PRODUCTO</b>	
Criosonda Flexible. Referencias: 20402-401, 20402-402, 20402-410 y 20402-411 UDI-DI: 04050147021785, 04050147021808, 04050147021822 y 04050147021846	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	
Criosondas flexibles destinadas a la desvitalización paliativa (destrucción) de tejido durante procedimientos intervencionistas mediante la aplicación de frío extremo y crioadhesión y la realización de biopsias de tejido.	
<b>Nº LOTE</b>	
Ver nº de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
<b>FABRICANTE</b>	
Erbe Elektromedizin GmbH, Alemania.	
<b>DISTRIBUIDOR</b>	
Erbe España Soluciones Médicas S.L., Calle Santa Leonor 65, Edificio B, Bajo Dcha., 28037 Madrid.	
<b>ASUNTO</b>	
Retirada del mercado de determinados lotes de las Criosondas Flexibles Erbe debido a la posible rotura o estallido del tubo exterior blanco de la sonda durante su activación, pudiendo causar lesiones graves.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nota de aviso empresa</li> </ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

