

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2026-095	<b>REFERENCIA</b> PS/RJC/133996
<b>PRODUCTO</b> Válvula de biopsia de un solo uso MAJ-210 (estéril). Referencias NGL2167, N6210355, 028988. Ver endoscopios compatibles con MAJ-210 en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Diseñados para acoplarse al puerto del canal de trabajo de endoscopios compatibles y evitar el reflujo o la fuga de fluidos corporales.	
<b>FABRICANTE</b> Olympus Medical Systems Corporation, Japón.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> OLYMPUS IBERIA, S.A.U., Pl. Europa, 10, 08902 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con las válvulas de biopsia de un solo uso MAJ-210 (estériles), referencias NGL2167, N6210355, 028988, debido a posibles desprendimientos de fragmentos de goma en la ranura de dichas válvulas.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

