

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2026-096	REFERENCIA PS/SSP/133534
PRODUCTO Sistemas de bomba de insulina de las series Paradigm, MiniMed 600 y MiniMed 700. Ver modelos afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Administración continua de insulina para el control de la diabetes mellitus.	
FABRICANTE Medtronic MiniMed, EE.UU.	
DISTRIBUIDOR Medtronic Ibérica S.A., C/ María de Portugal 11, 28050 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas bombas de insulina de las series Paradigm, MiniMed 600 y MiniMed 700, debido a la posibilidad de que se produzcan ligeras variaciones en la cantidad de insulina administrada en función de a qué distancia por encima o por debajo del lugar de inserción del equipo de infusión se coloque la bomba.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> • Nota de aviso empresa para distribuidores. • Nota de aviso empresa para profesionales sanitarios. • Nota de aviso empresa para usuarios. • Nota informativa AEMPS PS, 10/2026. 	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

