

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2026-105	REFERENCIA PS/MAM/134412
PRODUCTO Microbact 12L Kit 20 Tests. Número de modelo: MB1128A UDI-DI: 5032384127498	
FINALIDAD PREVISTA Panel de pruebas bioquímicas previsto para el uso en la identificación de <i>Listeria</i> spp. aislada de muestras clínicas, alimentarias y relacionadas con los alimentos.	
Nº LOTE 4494873	
FABRICANTE OXOID AUSTRALIA PTY LIMITED. Australia.	
DISTRIBUIDOR Thermo Fisher Diagnostics S.L.U. Ctra. De L'Hospitalet, 147- 149. 08940, Cornellà de Llobregat. Barcelona.	
ASUNTO Cese de utilización del lote 4494873 de la prueba Microbact 12L kit 20 test debido a la posibilidad de identificación incorrecta de organismos causada por un resultado no concluyente derivado de reacciones de color ambiguas en los pocillos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

