

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2026-111	PS/PRV/134747
PRODUCTO	
<ul style="list-style-type: none"> VITROS Chemistry Products Mg Slides (Cartuchos de 60 slides), número de catálogo 825 5093 y UDI: 10758750004621 VITROS Chemistry Products Mg Slides (Cartuchos de 18 slides). número de catálogo 192 1204 y UDI: 10758750000265 	
FINALIDAD PREVISTA	
Para medir cuantitativamente la concentración de magnesio (Mg) en suero, plasma y orina utilizando los sistemas químicos VITROS 250/350/5,1 FS/4600/XT 3400 y los sistemas integrados VITROS 5600/XT 7600.	
FABRICANTE	
QuidelOrtho (Ortho Clinical Diagnostics Inc), EEUU.	
DISTRIBUIDOR	
Ortho Clinical Diagnostics Spain S.L.U. Calle Vía de los Poblados, 1 - Oficina B, 3ª Planta, Edif. B, 28033, Madrid.	
ASUNTO	
Advertencia de seguridad relacionada con determinados cartuchos de VITROS Chemistry Products Mg, debido a la posibilidad de que no cumplan las especificaciones de estabilidad indicadas en las instrucciones de uso cuando ya han sido introducidos en el analizador.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS:	
<ul style="list-style-type: none"> Nota de aviso empresa. 	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

